



رقم المرفق	٣٧	رقم المادة	٤/١٥	رقم الإصدار	٤
عنوان المرفق	مراكز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقييمية				

مركز الأطراف الاصطناعية والأجهزة التقييمية

مركز أطراف اصطناعية وأجهزة تقييمية فئة "أ"

- ويشترط فيه ما يلي:
 ١. يكون المركز في المستوى الأرضي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.
 ٢. تكون الممرات والأبواب والأرضية مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة
 ٣. غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة الانتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى للنساء" كحد أدنى.
 ٤. استقبال ومكتب مواعيد ملائم لاستقبال ذوي الإعاقة.
 ٥. دورات مياه للمرضى " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء" عدد "٢" كحد أدنى.
 ٦. دورة مياه مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء"
 ٧. غرفة للموظفين.
 ٨. دورات مياه للموظفين.
 ٩. مستودع.

• الغرف العلاجية:

١. غرفة الكشف واخذ المقاسات بمساحة لا تقل عن ١٢ م^٢
٢. غرفة التمارين لتدريب المرضى على المشي
٣. غرفة تشكيل الجبس بمساحة ١٦ م^٢ مع تهوية جيدة
٤. ورشة عامة بمساحة لا تقل عن ٤٠ م^٢ لاستيعاب مكائن واجهزة التصنيع
٥. غرفة لعمل الجبائر بمساحة لا تقل عن ١٦ م^٢
٦. غرفة صب البلاستيك وبمساحة لا تقل عن ١٠ م^٢ مع تهوية جيدة
٧. مستودع



وزارة الصحة
Ministry of Health

• الطاقم الوظيفي كحد أدنى :

١. أخصائي اطراف صناعية واجهزة تقويمية
٢. فني اطراف صناعية واجهزة تقويمية "عدد ٢".
٣. للعيادة في المجمع الطبي أو مركز التأهيل يكتفى بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد ١ فقط.

• الاجهزة المستخدمة للتصنيع :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| -Finishing and trimming machine | -Heating cabinet with viewing windows |
| -Zigzag swing machine | -Parallel bars |
| -Floor-model drill press | -Test platform with ramp and stairs |
| -Band saw | -Examination chair |
| -Double grinder | -Examination table |
| -Dust collector | -Casting table |
| -Belt sander | -Water pan |
| -Air compressor | -Bench – top cabinet with fan unit |
| -Vacuum machine | - Cast cutter |

مركز أطراف اصطناعية وأجهزة تقويمية فئة "ب"

- ويشترط فيه ما يلي:
 ١. يكون المركز في المستوى الأرضي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.
 ٢. تكون الممرات والأبواب والأرضية مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة
 ٣. غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة الانتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى للنساء" كحد أدنى.
 ٤. استقبال ومكتب مواعيد ملائم لاستقبال ذوي الإعاقة.
 ٥. دورات مياه للمرضى " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء" عدد "٢" كحد أدنى.
 ٦. دورة مياه مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء"
 ٧. غرفة للموظفين.
 ٨. دورات مياه للموظفين.
 ٩. مستودع.

• الغرف العلاجية:

١. غرفة تشكيل الجبس بمساحة ١٢ م^٢ مع تهوية جيدة.
٢. ورشة عامه بمساحة لا تقل عن ٣٠ م^٢ لاستيعاب مكائن واجهزة التصنيع .
٣. غرفة لعمل الجبائر بمساحة لا تقل عن ١٠ م^٢ .
٤. غرفة صب البلاستيك وبمساحة لا تقل عن ١٠ م^٢ مع تهوية جيدة .

• الطاقم الوظيفي كحد أدنى :

١. أخصائي أطراف صناعية واجهزة تعويضية.
٢. فني أطراف صناعية واجهزة تعويضية
٣. للعيادة في المجمع الطبي أو مركز التأهيل يكتفى بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد ١ فقط.



• الاجهزة المستخدمة للتصنيع :

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| -Finishing and trimming machine | -Parallel bars |
| -Zigzag swing machine | -Examination chair |
| -Band saw | -Examination table |
| -Double grinder | -Casting table |
| -Dust collector | -Water pan |
| -Air compressor | -Bench – top cabinet |
| -Vacuum machine | -Cast cutter |
| -Heating cabinet with viewing windows | |

مركز أطراف اصطناعية وأجهزة تقويمية فئة "ج"

• ويشترط فيه ما يلي:

١. يكون المركز في المستوى الأرضي أو أدوار علوية مع توفير مصاعد مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة.
٢. تكون الممرات والأبواب والأرضية مناسبة لاستخدام ذوي الإعاقة
٣. غرفة انتظار "في حالة تقديم الخدمة للجنسين يتم فصل غرفة الانتظار بحيث تكون غرفة للرجال وأخرى للنساء" كحد أدنى.
٤. استقبال ومكتب مواعيد ملائم لاستقبال ذوي الإعاقة.
٥. دورات مياه للمرضى " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورات مخصصة للرجال وأخرى للنساء " عدد "٢" كحد أدنى.
٦. دورة مياه مجهزة لاستخدام ذوي الإعاقة " في حال تقديم الخدمة للجنسين يتم تجهيز دورة مخصصة للرجال وأخرى للنساء "
٧. غرفة للموظفين.
٨. دورات مياه للموظفين.
٩. مستودع.



- **الغرف العلاجية:**
 ١. غرفة الكشف واخذ المقاسات بمساحة لا تقل عن ١٠ م^٢
 ٢. غرفة انتظار للمرضى
 ٣. غرفة التمارين لتدريب المرضى على المشي
 ٤. غرفة تشكيل الجبس بمساحة ٦ م^٢ مع تهوية جيدة.
 ٥. ورشة عامة بمساحة لا تقل عن ٢٠ م^٢ لاستيعاب مكائن واجهزة التصنيع.
 ٦. غرفة لعمل الجبائر بمساحة لا تقل عن ١٠ م^٢

- **الطاقم الوظيفي كحد أدنى:**
 - ١- فني اطراف صناعية واجهزة تعويضية "عدد ٢".
 - ٢- للعيادة في المجمع الطبي أو مركز التأهيل يكتفى بأخصائي أطراف صناعية وأجهزة تقويمية عدد ١ فقط.

- **الاجهزة المستخدمة للتصنيع:**

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| -Finishing and trimming machine | -Zigzag swing machine |
| -Dust collector | -Air compressor |
| -Vacuum machine | -Heating cabinet |
| -Parallel bars | -Examination chair |
| -Examination table | -Casting table |
| -Water pan | -Cast cutter |
| -Bench | |

ملاحظة: في حال عدم توفر الفنيين فانه يكتفى باخصائي واحد فقط مقابل عدد ٢ فني.